

Zuverlässige Überwachung.




Illustration: Lisa Clark

Doppler

BLOOD FLOW MONITORING SYSTEM

Mehr Platzierungsoptionen

Überwachen Sie Arterien und/oder Venen proximal oder distal einer End-zu-End- oder End-zu-Seit-Anastomose.

Zugang zu verborgenen Lappen

Überwachen Sie verborgene Lappen und aufgrund der anatomischen Gegebenheiten bei der klinischen Untersuchung schwer zugängliche Lappen und erkennen Sie gefährdete Lappen früher.¹

Bewährte Leistung


In zwanzig Jahren klinischer Praxis hat sich das Doppler-System als zuverlässige Ergänzung der klinischen Überwachung erwiesen, die dazu beitragen kann, die Komplikationsraten zu verringern², Erhaltungsraten zu erhöhen^{2,3} und die Anzahl an Folgeoperationen zu verringern⁴.



Doppler-Blutfluss-Monitor

Wird für die Überwachung des Blutflusses in Gefäßen während sowie nach rekonstruktiven mikrovaskulären Verfahren, nach Reimplantation und nach freiem Gewebetransfer verwendet.


Bestellnummer	Referenznummer
G55328	DP-M350



Doppler-Verlängerungskabel

Wird für die Überwachung des Blutflusses in Gefäßen während sowie nach rekonstruktiven mikrovaskulären Verfahren, nach Reimplantation und nach freiem Gewebetransfer verwendet.

Bestellnummer	Referenznummer
G21364	DP-CAB01



Cook-Swartz Dopplersonde

Wird für die Überwachung des Blutflusses in Gefäßen während sowie nach rekonstruktiven mikrovaskulären Verfahren, nach Reimplantation und nach freiem Gewebetransfer verwendet.

Bestellnummer	Referenznummer	Manschettlänge mm
Lange Manschette		
G03014	DP-SDP002	32
Standard-Manschette		
G21363	DP-SDP001	17,4



Doppler-Monitor-Batterieladegerät

Wird mit dem Doppler-Blutfluss-Monitor verwendet und enthält Adapterstecker für die USA, Großbritannien, Europa und Australien.

Bestellnummer	Referenznummer
G55458	DP-M350-CHG1



Doppler-Kanal- und -Kabelprüfer

Wird zur Prüfung der ordnungsgemäßen Funktionsweise der Monitorkanäle und des Verlängerungskabels des Doppler-Blutfluss-Monitors verwendet.

Bestellnummer	Referenznummer
G31632	DP-MCV01

Quellen

1. Frost MW, Niumsawatt V, Rozen WM, et al. Direct comparison of postoperative monitoring of free flaps with microdialysis, implantable Cook-Swartz Doppler probe, and clinical monitoring in 20 consecutive patients. *Microsurgery*. 2015;35(4):262-271.
2. Chang TY, Lee YC, Lin YC, et al. Implantable Doppler probes for postoperatively monitoring free flaps: efficacy. A systematic review and meta-analysis. *Plast Reconstr Surg Glob Open*. 2016;4(11):e1099.
3. Lenz Y, Gross R, Penna V, et al. Evaluation of the implantable Doppler probe for free flap monitoring in lower limb reconstruction. *J Reconstr Microsurg*. 2018;34(3):218-226.
4. Wax MK. The role of the implantable Doppler probe in free flap surgery. *Laryngoscope*. 2014;124(suppl 1):S1-S12.

Weitere Informationen finden Sie unter cookmedical.eu/doppler.

Lesen Sie die produktspezifischen Informationen zu Risiken in der Gebrauchsanweisung unter cookmedical.eu.

Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
 EDI: cookmedical.eu/edi
 Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
 Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
 Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
 Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
 Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
 France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
 Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
 Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
 Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
 Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
 Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
 Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
 Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
 Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
 Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
 Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
 Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
 Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
 United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com

EDI: cookmedical.com/edi.do

Americas:

Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
 E-mail: customersupport@cookmedical.com

Australia:

Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
 E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4